

ЭЛЕКТРОЛИТ ЭК

Этикетка ВР47.05.100ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Электролит ЭК ВР47.05.100 (далее – электролит) используется при работе:

а) анализаторов растворенного кислорода:

МАРК-301Т ТУ 4215-002-39232169-2004;

МАРК-302 ТУ 4215-022-39232169-2002 (2008);

ТУ 26.51.53-022-39232169-2018;

МАРК-303 ТУ 4215-029-39232169-2002 (2008);

ТУ 26.51.53-029-39232169-2018;

МАРК-403 ТУ 4215-007-39232169-99;

МАРК-404 ТУ 26.51.53-009-39232169-2018

(идентичны ТУ 4215-009-39232169-2010);

МАРК-409 ТУ 26.51.53-037-39232169-2021

(идентичны ТУ 4215-037-39232169-2004 (2010));

МАРК-409А ТУ 26.51.53-046-39232169-2022

(идентичны ТУ 4215-046-39232169-2016);

МАРК-3010 ТУ 26.51.53-039-39232169-2020

(идентичны ТУ 4215-039-39232169-2015).

б) газоанализатора – МАРК-2010 ТУ 26.51.53-049-39232169-2019.



Рисунок 1

Емкость с электролитом показана на рисунке 1.

Правила использования электролита по назначению – в соответствии с руководствами по эксплуатации на анализаторы (газоанализатор).

2 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Электролит ЭК ВР47.05.100 в количестве _____ шт. упакован ООО «ВЗОР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

« _____ » _____ 20 _____ г.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электролит ЭК ВР47.05.100 в количестве _____ шт. изготовлен и принят ООО «ВЗОР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

« _____ » 20 _____ г.

4 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В электролите ЭК ВР47.05.100 отсутствуют драгоценные материалы.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства не предусмотрены, поскольку электролит относится к расходным материалам датчика кислородного.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОЛИТЕ

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

Наименование и обозначение	Электролит ЭК ВР47.05.100
Применяемость	МАРК-301Т, МАРК-302, МАРК-303, МАРК-403, МАРК-404, МАРК-409, МАРК-409А, МАРК-2010, МАРК-3010.
Внешний вид	бесцветная жидкость
Состав и информация о компонентах	водный раствор. Состав: KCL, хч - 14 г; КОН, хч - 0,2 г; трилон Б – 0,15 г; вода дистиллированная до 0,1 дм ³
Растворимость в воде	растворимый
Токсичность	не токсичен
рН при 20 °С	12,4
Транспортировка	все виды транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта
Утилизация	утилизируется как химический реактив
Хранение: – условия и место хранения – температура хранения	хранить в закрытой таре в крытых складских помещениях в условиях, установленных для хранения кислот; от минус 30 до плюс 50 °С.
Срок годности	не ограничен.
Меры предосторожности	работать в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной механической вентиляцией с соблюдением техники безопасности по ГОСТ 12.1.007-76.
Индивидуальные средства защиты	защитные перчатки, очки или маска
Первая помощь: – при отравлении пероральным путем (попадании в рот) – при попадании в глаза – при контакте с кожей	промыть рот и зев обильным количеством воды. промыть 2 %-ным раствором борной кислоты. Обратиться к врачу. смыть обильным количеством воды или 2 %-ным раствором борной кислоты.